

Отчет о проведенной плановой проверке лицензиата.

В соответствии с «Планом проведения плановых проверок Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год», утвержденным Генеральной прокуратурой РФ, в период с 04 по 08 июня 2018 проведена плановая выездная проверка в отношении ФГБНУ «ТИНРО-Центр». В соответствии с выданной лицензией учреждение осуществляет «Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства)». По результатам проведенной проверки выявлены нарушения обязательных требований, а именно подпункта «а» пункта 5 **(наличие у лицензиата зданий и (или) помещений по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, а также технических средств и оборудования, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ (оказания услуг), составляющих деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях)** Постановления Правительства №1216 от 30.12.2011 «О лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства), осуществляемой юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями». Лицензиатом не была в срок произведена поверка приборов и оборудования используемых для наблюдений в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Заместитель начальника
Департамента Росгидромета по ДФО



Е.В. Примачев

09.06.2018